

令和7年11月17日

お客様各位

公益財団法人放射線計測協会
事業推進部 校正グループ

α 線及び β 線用表面汚染検査計のJCSS校正サービスの開始について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より当協会の業務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当協会では、計量法に基づくJCSS（Japan Calibration Service System）校正を通じて放射線測定機器の信頼性向上に努めてまいりました。

このたび令和7年5月より、 α 線・ β 線用の表面汚染検査計についても、JCSS校正が可能となりましたのでご案内します。

これまで当協会で実施していたJCSS校正は、[電離箱サーベイメータ等の校正](#)（ γ 線： ^{137}Cs 線源及び ^{60}Co 線源並びにX線：30 keV～200 keV）及び[中性子サーベイメータの校正](#)（中性子： $^{241}\text{Am-Be}$ 及び ^{252}Cf 線源）などの線量測定器の校正でした。今回、[表面汚染検査計の校正](#)（ α 線： ^{241}Am 線源、 β 線： ^{36}Cl 線源）も対応できるようになりました。詳しくは、[JCSS校正サービス](#)をご参照ください。

敬具

なお、本件に関するお問い合わせ先は、下記までお願いいたします。

事業推進部 校正グループ

TEL：029-282-5549 / E-mail：kouseika@irm.or.jp